RU

AM-PES-01

КОРРЕКТОР ОСАНКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Корректор осанки выполнен из эластичных лент и спинной панели, снабжённой четырьмя ортопедическими стальки. Спинная панель соединена с эластичными плечевыми лентами, которые проходят через плечо и скрещиваются в области поясничного отдела и застегиваются на животе. Такая конструкция изделия гарантирует идеальное исправление осанки как у взрослых, как и у детей. Спциальная конструкция плечевых лент способствует тому , что они не морщатся и прилегают всей своей поверхностью к телу пациента.

СВОЙСТВА

1. Изделие приятно для тела пациента – корректор осанки выполнен из специальной ортопедической резины содержащей главным образом хлопок, который нейтрален для кожи пациента.
2. Большая эффективность стабилизации - благодаря применению четырёх ортопедических сталек - вкладышей удалось получить исключительную фиксацию.
3. Комфорт использования - учитывая телесный цвет изделия, ношение корректора необычайно комфортабельно и он незаметен на теле пациента

ПОКАЗАНИЯ

Корректор осанки можно применять в случаях:
* Травм ключицы не требующих хирургического и ортопедического вмешательства,
* болезненных состояний грудного отдела позвоночника,
* увеличенного грудного кифоза,
* необходимости проведения коррекции не требующей хирургической интервенции.

ПРОТИВОПОКПЗАНИЯ

Корректора осанки не полагаться применять в случае:
* Свежих ран
* повреждений эпидермиса эпидермиса
* кожных экзем
* кожных аллергий
* язвы желудка
* артериального давления 3 степени

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

1. По мере возможности применять изделие на хлопковое белье.
2. Применять согластно показаний и под контролем врача.
3. Изделие должен быть в первый раз заложено пациенту врачом или подготовленным медицинским персоналом.
4. В случае неправильно подобранного размера корректора (слишком маленький размер) или в случае слишком тугого натягивания стабилизирующих поясов, может временно расстроится работа кишечника и внутренних органов или дыхательная функция.
5. Недостаток ежедневной личной гигиены или неправильная консервация и стирка изделия могут вызвать натирание эпидермиса, или привести к аллергическим реакциям, связанным с усиленной потливостью и развитием бактерийной флоры

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Стирать вручную в теплой воде с добавлением мыла в температуре 30 градусов
Не гладить.
Не использовать хлорсодержащих отбеливателей
Сушить вдали от источников тепла.

ВНИМАНИЕ: Перед стиркой изделия НЕ снимать ортопедических сталек

СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ

Изделие медицинского назначения кл. 1 – удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG. Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556
Для каждого изделия производитель предявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

2012

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
REH4MAT Sławomir Wroński
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.
POLAND
tel.: +48 (17) 851 66 30;
tel./fax: +48 (17) 851 62 23
e-mail: biuro@reh4mat.com
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА
tel. +48 017 864-04-77,
fax +48 017 864-04-71;

5 907439 123209

Дата актуализации: UL-AM-PES-01/02-2012