RU

AM-SO-06

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ ОРТЕЗ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Пояснично-крестцовый ортез изготовлен из легкой хлопчатобумажной ортопедической резины, позволяющей коже свободно дышать. Ортез оснащен комплектом профилированных ортопедических вкладышей и двумя перекрестными эластичными сжимающими лентами, которые стабилизируют ортопедические вкладыши и регулируют силу и высоту стабилизации.

СВОЙСТВА

1. Изделие благоприятное для кожи пациента - шнуровка изготовлена из специальной ортопедической резины, состоящей в основном из хлопка, который нейтрален для кожи пациента.
2. Высокая эффективность стабилизации - благодаря применению уникальных эластичных ортопедических вкладышей и усовершенствованию соответственной формы, была достигнута исключительная эффективность стабилизации.

Комфорт ношения – за счет малого веса изделия пациент ощущает комфорт при ношении ортеза.

ПОКАЗАНИЯ

Ортез можно использовать в случаях:
- · острых комплексных болей в пояснично-крестцовой области,
- · дегенерации позвоночника в пояснично-крестцовом отделе,
- · дископатии в области поясницы,
- · после операций поясничного отдела позвоночника,
- · после снятия гипсовой иммобилизации пояснично-крестцового отдела, в качестве стабилизатора,
- · деформации поясничного отдела позвоночника.

перенапряжения пояснично-крестцового отдела.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Шнуровку не следует использовать в случаях:
- · свежих ран
- · повреждений кожного покрова
- · экземы кожи
- · аллергии кожи
- · язвы желудка и двенадцатиперстной кишки гипертонии III-й степени.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

1. Изделие следует применять строго согласно рекомендации и под присмотром врача.
2. Изделие должно быть впервые наложено пациенту самим врачом или квалифицированным медицинским персоналом.
3. По мере возможности использовать изделие сверху на хлопчатобумажную футболку.
4. Не использовать ортопедическую шнуровку, если до этого применено мазь или разогревающий гель.
5. Неправильное использование изделия или неправильно подобранный размер могут привести к временному нарушению работы кишечника и внутренних органов или нарушению эффективности дыхания и кровообращения.

Отсутствие повседневной личной гигиены или неправильное хранение и стирка изделия могут привести к повреждению кожного покрова или вызвать аллергические реакции, связанные с повышенной потливостью и развитием бактериальной флоры.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Ручная стирка в теплой мыльной воде при температуре до 30 градусов.
2. Не гладить.
3. Не обрабатывать хлором.

Сушить вдали от источников тепла.

СОСТАВ

Ортопедическая резина, ортопедические вкладыши, лента VELCRO, полиамидные пряжки, эластан.

СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ

Изделие медицинского назначения кл. 1 – удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG.
Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556
Для каждого изделия производитель предявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

2012

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
REH4MAT Sławomir Wroński
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.
POLAND
tel.: +48 (17) 851 66 30;
tel./fax: +48 (17) 851 62 23
e-mail: biuro@reh4mat.com
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА
tel. +48 017 864-04-77,
fax +48 017 864-04-71;

5 907439 123759

Дата актуализации: UL-AM-SO-06/11-2011