



1

1

PL: W celu napięcia systemu CCA BOASYSTEM przekrącać zegar zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania wymaganego poziomu kompresji wyboru.

ENG: To tighten the CCA BOASYSTEM system turn the knob clockwise to achieve the appropriate level of compression



2

2

PL: W celu poluzowania systemu CCA BOASYSTEM pociągnij zegar do momentu usłyszenia wyraźnego kliknięcia

ENG: To loose the CCA BOASYSTEM, pull the dial up until you hear a distianctive 'click'



3

3

PL: Następnie delikatnym ruchem poluzować naprężone linki po obu stronach zegara


ENG: Then, loose the tightened laces on both sides of the knob carefully

PL: W przypadku, gdy w trakcie zakręcania zegara wystąpi opór, a orteza nie osiągnie jeszcze właściwej kompresji, to należy zaniechać dalszego zakręcania zegara i wymienić wyrób na mniejszy rozmiar.

UWAGA! Próba dalszego zakręcania systemu CCA BOASYSTEM, pomimo oporu, może spowodować TRWAŁE uszkodzenie mechanizmu wyrobu!

ENG: In case of blocking the knob when turning and an inappropriate level of compresion of a brace, stop turning the knob change the brace for smaller size.

ATTENTION! Each attemp of turning the knob despite the lock may result in PERMANENT damage of CCA BOASYSTEM!



1

1

PL: W celu napięcia systemu CCA BOASYSTEM przekrącać zegar zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania wymaganego poziomu kompresji wyboru.

ENG: To tighten the CCA BOASYSTEM system turn the knob clockwise to achieve the appropriate level of compression



2

2

PL: W celu poluzowania systemu CCA BOASYSTEM podnij zegar do momentu usłyszenia wyraźnego kliknięcia

ENG: To loose the CCA BOASYSTEM, pull the dial up until you hear a distianctive 'click'



3

3

PL: Następnie delikatnym ruchem poluzować naprężone linki po obu stronach zegara

ENG: Then, loose the tightened laces on both sides of the knob carefully

PL: W przypadku, gdy w trakcie zakręcania zegara wystąpi opór, a orteza nie osiągnie jeszcze właściwej kompresji, to należy zaniechać dalszego zakręcania zegara i wymienić wyrób na mniejszy rozmiar.

UWAGA! Próba dalszego zakręcania systemu CCA BOASYSTEM, pomimo oporu, może spowodować TRWAŁE uszkodzenie mechanizmu wyrobu!

ENG: In case of blocking the knob when turning and an inappropriate level of compresion of a brace, stop turning the knob change the brace for smaller size.

ATTENTION! Each attemp of turning the knob despite the lock may result in PERMANENT damage of CCA BOASYSTEM!



1

1

PL: W celu napięcia systemu CCA BOASYSTEM przekrącać zegar zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania wymaganego poziomu kompresji wyboru.

ENG: To tighten the CCA BOASYSTEM system turn the knob clockwise to achieve the appropriate level of compression



2

2

PL: W celu poluzowania systemu CCA BOASYSTEM podnij zegar do momentu usłyszenia wyraźnego kliknięcia

ENG: To loose the CCA BOASYSTEM, pull the dial up until you hear a distianctive 'click'



3

3

PL: Następnie delikatnym ruchem poluzować naprężone linki po obu stronach zegara

ENG: Then, loose the tightened laces on both sides of the knob carefully

PL: W przypadku, gdy w trakcie zakręcania zegara wystąpi opór, a orteza nie osiągnie jeszcze właściwej kompresji, to należy zaniechać dalszego zakręcania zegara i wymienić wyrób na mniejszy rozmiar.

UWAGA! Próba dalszego zakręcania systemu CCA BOASYSTEM, pomimo oporu, może spowodować TRWAŁE uszkodzenie mechanizmu wyrobu!

ENG: In case of blocking the knob when turning and an inappropriate level of compresion of a brace, stop turning the knob change the brace for smaller size.

ATTENTION! Each attemp of turning the knob despite the lock may result in PERMANENT damage of CCA BOASYSTEM!



1

1

PL: W celu napięcia systemu CCA BOASYSTEM przekrącać zegar zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania wymaganego poziomu kompresji wyboru.

ENG: To tighten the CCA BOASYSTEM system turn the knob clockwise to achieve the appropriate level of compression



2

2

PL: W celu poluzowania systemu CCA BOASYSTEM podnij zegar do momentu usłyszenia wyraźnego kliknięcia

ENG: To loose the CCA BOASYSTEM, pull the dial up until you hear a distianctive 'click'



3

3

PL: Następnie delikatnym ruchem poluzować naprężone linki po obu stronach zegara

ENG: Then, loose the tightened laces on both sides of the knob carefully

PL: W przypadku, gdy w trakcie zakręcania zegara wystąpi opór, a orteza nie osiągnie jeszcze właściwej kompresji, to należy zaniechać dalszego zakręcania zegara i wymienić wyrób na mniejszy rozmiar.

UWAGA! Próba dalszego zakręcania systemu CCA BOASYSTEM, pomimo oporu, może spowodować TRWAŁE uszkodzenie mechanizmu wyrobu!

ENG: In case of blocking the knob when turning and an inappropriate level of compresion of a brace, stop turning the knob change the brace for smaller size.

ATTENTION! Each attemp of turning the knob despite the lock may result in PERMANENT damage of CCA BOASYSTEM!