




POLSKI

ENGLISH

INSTRUCTION: 24.05.2016
DATA AKTUALIZACJI / THE UPDATE DATE OF THE
quality management system certificate
The company holds ISO 13485 international
zgody z ISO 13485
Producent posiada certyfikowany system zarządzania jakością
www.reh4mat.com; www.probraces.com
e-mail: biuro@reh4mat.com
Mailing address/ Adres mailowy:
tel. +48 (016) 621 41 35, fax: +48 (016) 621 42 13
tel. +48 (016) 916) 621 42 20
ul. Truskawkowa 17, Widna Góra, 37-500 Jarosław, POLAND



PELOTA SILIKONOWA
SILICONE PRESSURE PAD

PELOTA SILIKONOWA

UWAGA: PRZED UŻYTKOWANIEM PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ ULOTKI ORAZ SPRAWDZIĆ CZY NA WYROBIE NIE POJAWIŁY SIĘ PRZETARCIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I SZWÓW. TYLKO NIEUSZKODZONY WYRÓB ORAZ JEGO PRAWIDŁOWE ZAŁOŻENIE GWARANTUJE JEGO WŁAŚCIWE FUNKCJONOWANIE. PONIŻSZE INFORMACJE O PRODUKCIE NALEŻY ZACHOWAĆ, ABY W PÓŹNIEJSZYM CZASIE MOĆ PONOWNIE KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI.

OPIS PRODUKTU:

Pelota silikonowa występuje jako wyposażenie dodatkowe do niektórych ortez kregoslupa występujących w ofercie Reh4Mat.

Pelota wykonana jest z wysokiej jakości silikonu, a jej perfekcyjny profil idealnie dopasowuje się do odcinka lędźwiowego kregoslupa. Dodatkowo, na pelotę zostały naniesione wypustki, które podczas ruchu wykonują delikatny mikromasaż odcinka lędźwiowego. Wyrób ten aktywizuje mięśnie do dynamicznej stabilizacji kregoslupa, uśmierczając ból i umożliwiając aktywność fizyczną. Pelota silikonowa jest doskonałym dodatkiem do stabilizatorów kregoslupa. Dzięki swojej konstrukcji łagodzi ból, daje uczucie komfortu oraz rozluźnienia.

Produkty Reh4Mat to wyroby nowoczesne i innowacyjne, wykonywane z ogromną starannością z najwyższej jakości materiałów. Naszym kluczowym celem jest uzyskanie satysfakcji klientów. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio z pracownikiem firmy Reh4Mat za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@reh4mat.com.

WAŻNE:

- W przypadku wystąpienia zmian skórnych lub uczulenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Produkt dostępny jest dla następujących modeli ortez Reh4Mat:

- AM-SO-01
- AR-SO-01
- AM-SO-02
- AM-SO-03
- AR-SO-03
- AM-SO-04
- AM-SO-06
- AM-WSP-01
- AM-WSP-03
- AM-WSP-04
- EB-LK
- EB-LK-01

SILICONE PRESSURE PAD

ATTENTION: BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTION COMPLETELY AND CAREFULLY AND CHECK IF BRACE'S ELEMENTS AND SEAMS ARE SEEDY. ONLY UNDAMAGED DEVICE AND ITS CORRECT APPLICATION ARE VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF IT. SAVE THE PRODUCT INFORMATION, TO BE ABLE TO REREAD THE INSTRUCTION LATER.

PRODUCT DESCRIPTION:

Silicone pressure pad is available as an additional equipment for some of Reh4Mat spine braces.

The pad is made of high quality silicone and thanks to its design, the pad ensures the perfect fitting to the lumbar part of the spine. Pressure pad is moulded in soft silicone material which provides acupressure support to the back thereby stimulating blood circulation. The product activates the muscles to the dynamic stabilization of the spine, relieving the pain and improving physical activity.

Silicone pad is a perfect solution for spine braces. Thanks to its construction, the pad reduces the pain, gives a sense of comfort and relaxation.



Reh4Mat products are innovative and are carefully made of the high quality materials. Our key objective is customer's satisfaction. In case of any questions feel free to contact with us by e-mail: biuro@reh4mat.com.

IMPORTANT:

- In case of skin lesions occurring and allergic reaction it is necessary to contact with physician.

Silicone pressure pad is available as an additional equipment to the following spine braces:

- AM-SO-01
- AR-SO-01
- AM-SO-02
- AM-SO-03
- AR-SO-03
- AM-SO-04
- AM-SO-06
- AM-WSP-01
- AM-WSP-03
- AM-WSP-04
- EB-LK
- EB-LK-01



UWAGA: Ból zawsze stanowi ostrzeżenie. W przypadku utrzymywania się lub nasilenia dolegliwości bólowych koniecznie należy zgłosić się do lekarza prowadzącego lub rehabilitanta.

UWAGA: ORTEZA POWINNA BYĆ STOSOWANA TYLKO PRZEZ JEDNEGO PACJENTA. STOSOWANIE WYROBU NIEZGODNIE Z ZASADAMI INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA MOŻE GROZIĆ POWAŻNYMI POWIKŁANAMI.

ATTENTION: Pain is always the sign of warning. If the pain maintains or increases it is advisable to consult your doctor or physical therapist.

ATTENTION: BRACE SHOULD BE USED ONLY BY ONE PATIENT. USING OF THE DEVICE NOT ACCORDING TO THE MANUAL MAY CAUSE SERIOUS COMPLICATIONS.